

Rengøring og vedligehold

- Skånevask ved 30 °C
- Må ikke bleges
- Må ikke tørretumbles
- Må ikke stryges
- Må ikke kemisk renses
- Ingen skyllemiddel

Trækkes i form og lufttørres

Levetid

Produktets forventede levetid afhænger af naturligt slid ved korrekt og indiceret brug

Indberetning af alvorlige hændelser (Vigilance)

Enhver alvorlig hændelse eller forværring af helbredstilstand i forbindelse med anvendelse af produktet skal indberettes til:

- Distributør eller fabrikant
- Relevant national kompetent myndighed (I Danmark: Lægemiddelstyrelsen)

Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregler efter endt brug.

Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Aktuel overensstemmelseserklæring forefindes hos producenten.

CARE® Design

Englandsvej 8

5700 Svendborg

Telefon: 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk

www.caredesign.dk

CARE® Design

Brugsanvisning



Knæ støttebind

Varenummer: 104400

BORT Knæ støttebind - Care Design varenummer: 104400

Tak for din tillid til et medicinsk udstyr fra BORT GmbH.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din læge eller den specialforretning, hvor du har købt produktet.

Formål

Dette medicinske udstyr er en knæbandage til kompression af blødt væv.

Medicinsk udstyr – klasse I

Én patient – flerbrug

Indikationer

Produktet er indiceret til anvendelse ved:

- Sportsskader
- Ledansamling (ledudgydning)
- Forstuvninger
- Kontusioner (slag/skader)

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes ved:

- Perifer arteriel okklusiv sygdom (PAVK)
- Lymfedrænageforstyrrelser, herunder uklare bløddelshævelser distalt for det anlagte hjælpemiddel
- Sensoriske og kredsløbsmæssige forstyrrelser i det behandlede kropsområde
- Hudsygdomme i det behandlede kropsområde
- Kendt latexallergi

Anvendelsesrisici / Vigtige bemærkninger

- Dette produkt er medicinsk udstyr. Anvendelse og varighed skal aftales med fagpersonale. Valg af korrekt størrelse og instruktion foretages af fagpersonale.
- Produktet skal fjernes før radiologiske undersøgelser
- Produktet bør fjernes under længere hvileperioder, f.eks. under søvn
- Ved følelsesløshed skal bandagen løsnes eller om nødvendigt fjernes
- Ved vedvarende gener skal læge eller faghandel kontaktes
- Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med indikationen
- Samtidig anvendelse af andre produkter må kun ske efter aftale med læge
- Produktet må ikke modificeres
- Må ikke anvendes på åbne sår
- Må ikke anvendes ved intolerance over for et af de anvendte materialer
- Produktet må ikke genanvendes til andre patienter
- Under brug må der ikke anvendes cremer eller salver i området, hvor bandagen er anlagt, da dette kan beskadige materialet

Påtagning

Tag fat i bandagens øverste kant og træk bandagen over foden og herefter op over knæet.

Sømmen skal være placeret på bagsiden af knæleddet.

Aftagning

Tag fat i bandagens nederste kant og træk bandagen ned over foden.

Materialesammensætning

Polyamid (PA), elastodien/latex (LA), viskose (CV), elastan (EL)

Den præcise materialesammensætning fremgår af den isyede tekstiletiket.

Produktet indeholder latex og kan forårsage allergiske reaktioner.